

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA**

**CNPJ: 08.361.788/0001-73
PCA. DEP. WALTER VICENTE GOMES 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2018 - PR

**Processo Administrativo: 27/2018
Data do Processo Adm.: 12/07/2018
Processo de Licitação: 27/2018
Data do Processo: 12/07/2018**

Folha: 1/2

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UNID	<p>APARELHO DE RX ODONTOLOGICO: É INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS PERIAPICAL. * DISPARADOR À DISTANCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO. * BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PROPORCIONA MOVIMENTOS SUAVEZ E FACILIDADE DE POSICIONAMENTO; * PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL. * TEMPO DE EXPOSIÇÃO RIGIDAMENTE CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, O QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM QUALIDADE CONSTANTE E TEMPOS DE EXPOSIÇÕES EXATOS. * RIGOROSAMENTE CONTROLADA E TESTADA, NÃO PERMITE FUGAS DE RADIAÇÃO. * O APARELHO TAMBÉM ESTÁ EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRÁFICO PRINCIPAL; * O EQUIPAMENTO, DEVE TER ATESTADOS POR UM FÍSICO CREDENCIADO, O LAUDO TÉCNICO ACOMPANHA O PRODUTO, DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA SUS 453,01. 06.98. * PRONTO PARA O SISTEMA DIGITAL. * ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360°. * MODELO: DE PÉ CHÃO. * VOLTAGEM: BIVOLT. * REGISTRO NA ANVISA: 80127670002. * O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. SE NECESSÁRIO, A CONVERSÃO PARA 127V DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. * MODELO:70KV. * TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.07 A 3 SEG. * INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO: 8 MA; * FOCO: 0.8 X 0.8 MM. * TIPOS DE FUSÍVEIS: VIDRO (MODELO 20 AG). * POTÊNCIA DE ENTRADA: 1123 VA +/- 20%. * 2 ANOS DE GARANTIA. (1130499)</p>		8.641,2800	8.641,2800
2	4,000	UNID	<p>APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM BOMBA PERISTÁLTICA ; - SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.</p>		3.864,1300	15.456,5200

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 08.361.788/0001-73
PCA. DEP. WALTER VICENTE GOMES 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2018 - PR

Processo Administrativo: 27/2018
Data do Processo Adm.: 12/07/2018
Processo de Licitação: 27/2018
Data do Processo: 12/07/2018

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			000 HZ; -REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED; - PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO(- REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL - DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. - AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. - AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. - AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. -TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. -INSERTOS ACOMPANHANDO O APARELHO; (1130644)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	24.097,8000