

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 PCA. DEP. WALTER VICENTE GOMES 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2018 - PR

Processo Administrativo: 27/2018
 Processo de Licitação: 27/2018
 Data do Processo: 12/07/2018

Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 31 de Julho de 2018, às 14:10 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3378/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 27/2018, Licitação nº 23/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 6012 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>APARELHO DE RX ODONTOLOGICO: É INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS INTERPROXIMAIS PERIAPICAL.</p> <p>* DISPARADOR A DISTANCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO.</p> <p>* BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PROPORCIONA MOVIMENTOS SUAVEZ E FACILIDADE DE POSICIONAMENTO;</p> <p>* PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA (FILME) E SENSOR DIGITAL.</p> <p>* TEMPO DE EXPOSIÇÃO RIGIDAMENTE CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, O QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM QUALIDADE CONSTANTE E TEMPOS DE EXPOSIÇÕES EXATOS.</p> <p>* RIGOROSAMENTE CONTROLADA E TESTADA, NÃO PERMITE FUGAS DE RADIAÇÃO.</p> <p>* O APARELHO TAMBÉM ESTÁ EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRÁFICO PRINCIPAL;</p> <p>* O EQUIPAMENTO, DEVE TER ATESTADOS POR UM FÍSICO CREDENCIADO, O LAUDO TÉCNICO ACOMPANHA O PRODUTO, DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA SUS 453,01.06.98.</p> <p>* PRONTO PARA O SISTEMA DIGITAL.</p> <p>* ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360°.</p> <p>* MODELO: DE PÉ CHÃO.</p> <p>* VOLTAGEM: BIVOLT.</p> <p>* REGISTRO NA ANVISA: 80127670002.</p> <p>* O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. SE NECESSÁRIO, A CONVERSÃO PARA 127V DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.</p> <p>* MODELO: 70KV.</p> <p>* TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0.07 A 3 SEG.</p> <p>* INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO: 8 MA; * FOCO: 0.8 X 0.8 MM.</p> <p>* TIPOS DE FUSÍVEIS: VIDRO (MODELO 20 AG).</p> <p>* POTÊNCIA DE ENTRADA: 1123 VA +/- 20%.</p> <p>* 2 ANOS DE GARANTIA.</p>	UNID	1,00	procion inox 70x dig	0,0000	4.598,95	4.598,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2018 - PR

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 PCA. DEP. WALTER VICENTE GOMES 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 27/2018
 Processo de Licitação: 27/2018
 Data do Processo: 12/07/2018

Folha: 2/2

Participante: 6012 - Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	APARELHO DE ULTRASSOM E PROFILAXIA COM BOMBA PERISTÁLTICA ; - SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ; -REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO COM ILUMINAÇÃO A LED; -PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO(- REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL - DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR + ÁGUA + BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA; - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. - AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO. - AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO, OFERECE IRRIGAÇÃO CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. - AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. -TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. -INSERTOS ACOMPANHANDO O APARELHO;	UNID	4,00	schu jetlaxis sonic	0,0000	2.999,95	11.999,80

Total do Participante -----> 16.598,75

Total Geral -----> 16.598,75

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São João Batista, 31 de Julho de 2018

COMISSÃO:

AUGUSTO CORREIA JUNIOR

..... - Pregoeiro(a)

RILDO VARGAS

..... - PREGOEIRO SUPLENTE

ALUISIO VENANCIO DA SILVA

..... EQUIPE DE APOIO

JANAINA PERA

..... - EQUIPE DE APOIO

GABRIEL ZUNINO DUARTE

..... - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CLEITON ANDRE WAGNER

..... - Representante

..... - Representante