

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

CNPJ: 07.585.406/0001-22 Telefone: 265-2808
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR

Processo Administrativo: 36/2018
Data do Processo Adm.: 05/11/2018
Processo de Licitação: 36/2018
Data do Processo: 05/11/2018

Folha: 1/1

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	3,000	UN	BÉQUER DE POLIPROPOLINO PARA 50ML DE AMOSTRA. (1129407)	_____	15,0000	45,0000
2	2,000	LT	CLORETO DE POTÁSSIO 3M (1129400)	_____	64,6200	129,2400
3	2,000	UN	ELETRODO DE VIDRO COMBINADO PARA LEITURA DE PH (AMOSTRAS DE ÁGUA) PARA PHMETRO. (1129401)	_____	1.007,2200	2.014,4400
4	20,000	FR	FLUORETO SOLUÇÃO SPANDS UTILIZADA NA ANALISE FLUORETO - 500ML (1129399)	_____	351,6600	7.033,2000
5	15,000	FR	FRASCO DE 250 ML DE POLIPROPILENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA. (1129833)	_____	89,5700	1.343,5500
6	1,000	UN	KIT DE 6 CUBETAS REDONDAS DE 20ML COM TAMPA MARCAÇÃO EM 10ML DE AMOSTRA PARA LEITURA EM TURBIDIMETRO 2100P HACH. (1129402)	_____	900,0000	900,0000
7	1,000	UN	KIT PARA CALIBRAÇÃO COR (DM COR-DIGIMED) EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 0/10/100/500 PTCO (VALIDADE MINIMA 1 ANO) (1129403)	_____	1.016,6800	1.016,6800
8	1,000	UN	KIT PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO 2100Q HACH EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 10/20/100/80 NTU (VALIDADE MINIMA 1 ANO (11130232)	_____	2.925,0400	2.925,0400
9	1,000	UN	PADRAO PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO AHCH EM CUBETA LACRADA DE 20ML COM TURBIDEZ MENOR QUE 0,1 NTU (11130233)	_____	539,1500	539,1500
10	5,000	PT	REAGENTE EM PÓ NÃO COMPACTO PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD PRONTO PARA USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHÊS DE ALUMINIO FLEXIVEL LACRADO.PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM FRASCO LEITOSO COM 1.000 UNIDADES.PODE SER USADO EM ANÁLISE DE DIOXIDO DE COLORO NA FAIXA DE 0,04 A 5,00 MG/L.POTE COM 1000 UNIDADES. (1129406)	_____	2.162,5000	10.812,5000
11	2,000	FR	SOLUÇÃO BUFFER PH - 4,01 - 500 ML (1129409)	_____	97,6600	195,3200
12	2,000	FR	SOLUÇÃO BUFFER PH - 7,01 - 500ML (1129408)	_____	65,0000	130,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	27.084,1200