

ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVICO INFRA ESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA MUN. SJB

CNPJ: 07.585.406/0001-22 Telefone: 265-2808
Rua José Antônio Soares, 2533
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 2/2019 - PR

Processo Administrativo: 3/2019
Data do Processo Adm.: 11/02/2019
Processo de Licitação: 3/2019
Data do Processo: 11/02/2019

Folha: 1/1

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	PC	APARELHO MEDIDOR CONTROLADOR DE COAGULANTES MONTAGEM : PAREDE OU PAINEL INVOLUCRO : ABS GRAU DE PROTEÇÃO : IP65 NEMA4X ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA CONFIGURAÇÃO TECLADO FRONTAL + DISPLAY LCD REGISTROS ATE 1.000 EVENTOS (MEMORIA INTERNA) CONEXAO ELETRICA BORNEIRA (22 A 18AWG) TEMP. OPERAÇÃO 1 A 49C DIMENSIONAL (LxAxP): 230X309X135 MM SENSOR MONTAGEM: PAREDE OU PAINEL INVOLUCRO FIBRA DE VIDRO REFORÇADA GRAU DE PROTEÇÃO IP65 NEMA4X ALIMENTAÇÃO 100 VCA CONEXAO ELETRICA :CABO 7.6MM (18AWG) ENTRADA : 2X DIGITAL SAIDA:1X 4-20mA RANGE DE MEDIÇÃO : -1.000 A 1.000 (ZERO/GANHO AJUSTAVEIS) PARTES MOLHADAS: DELRIN, NYLON, NEOPREME, VITON, AÇO INOX VAZÃO 1 A 40 LPM CONEXAO ENTRADA : 3/4 POL ELETRODO E PISTAO: SISTEMA TROCA RAPIDA MEDIÇÃO POR TENSÃO (PROCESSAMENTO ANALOGICO) TEMP. OPERAÇÃO 1 A 49C PRESSAO: MAX . 5PSI (0.3BAR), REQUER DRENO PARA ATMOSFERA DIMENSIONAL (LxAxP): 234X183X135MM (11130316)		66.065,2500	66.065,2500
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	66.065,2500