



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 08.361.788/0001-73  
RUA GILSON GERALDO SARTORI, 411  
C.E.P.: 88240-000 – São João Batista  
Fone: (48) 3380-7500  
E-mail: [comprasaude@sjbatista.sc.gov.br](mailto:comprasaude@sjbatista.sc.gov.br)

**RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FRALDA SEGUNDO  
PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Em referência à análise das amostras do pregão nº 13/2019, a Comissão de Análise da Secretaria Municipal de Saúde apresenta o seguinte parecer sobre às fraldas descartáveis apresentadas pelas empresas licitantes vencedoras.

O parecer técnico emitido pela Secretaria de Saúde sobre as amostras enviadas pela licitante WF IND. E COM. DE FRALDAS LTDA, vencedora dos itens 1, 2, 11 e 12 não atendem ao exigido no Edital pelos motivos apresentados no parecer técnico em anexo.

As amostras apresentadas pela licitante VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora dos itens 3, 4, 8 e 9, não atendem ao exigido no Edital pelos motivos apresentados no parecer técnico em anexo.

Considerando que a licitante INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI, vencedora dos itens 5, 6 e 7 atendem ao exigido do edital após parecer técnico.


As amostras apresentadas pela licitante ANDREA NASCIMENTO ME, vencedora do item 10, atendem ao exigido no Edital.

Solicita-se as licitantes segundas colocadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 o envio das suas amostras para análise no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação desta ata.

**RELATÓRIO COM A RELAÇÃO DE FRALDAS APROVADAS/REPROVADAS**

<b>Item</b>	<b>Empresa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>Parecer</b>
1	WF IND. E COM. DE FRALDAS LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – EXTRA GRANDE - EG	MASTER CONFORT	- Apresenta baixa absorção após um jato de água de 200 ml, o algodão embolota. Reprovada.
2	WF IND. E COM. DE FRALDAS LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – GRANDE - G	MASTER CONFORT	- Apresenta baixa absorção após um jato de água de 200 ml, o algodão embolota. Reprovada.
3	VENEZA DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – TAMANHO M	VENEZA	- Apresenta baixa absorção ficando encharcada após primeiro jato de água de 200 ml. Reprovada.
4	VENEZA DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA – TAMANHO P	VENEZA	- Apresenta baixa absorção ficando encharcada após primeiro jato de água de 200 ml. Reprovada.
5	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO G	PLENA	-Apresenta boa absorção após primeiro jato de água de 200 ml. Aprovada.
6	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO M	PLENA	-Apresenta boa absorção após primeiro jato de água de 200 ml. Aprovada.
7	INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO P	PLENA	-Apresenta boa absorção após primeiro jato de água de 200 ml. Aprovada.
8	VENEZA DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO XG	VENEZA	- Apresenta baixa absorção ficando encharcada após primeiro jato de água de 200 ml, o algodão embolota. Reprovada.
9	VENEZA DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – TAMANHO XXG	VENEZA	- Apresenta baixa absorção ficando encharcada após primeiro jato de água de 200 ml. O algodão embolota. Reprovada.
10	ANDREA NASCIMENTO ME	FRALDA JUVENIL	BIGFRAL	APROVADA
11	WF IND. E COM. DE FRALDAS LTDA	FRALDA DASCARTÁVEL GERIÁTRICA – EG	MASTER CONFORT	- Apresenta baixa absorção após um jato de água de 200 ml, o algodão embolota. Reprovada.
12	WF IND. E COM. DE FRALDAS LTDA	FRALDA DASCARTÁVEL GERIÁTRICA – G	MASTER CONFORT	- Apresenta baixa absorção após um jato de água de 200 ml, o algodão embolota. Reprovada.

Membros da Comissão Técnica da Secretaria de Saúde



---

Sandra Dandolini  
Diretora da Unidade de Saúde Central




---

Léia Martini  
Chefe do Almoxarifado Central



---

Deleane Regina Cardoso  
Enfermeira



---

Karin Cristine Geller Leopoldo  
Secretária Municipal de Saúde

São João Batista, 09 de agosto de 2019.