



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de São João Batista

Secretaria Municipal da Saúde

Rua Gilson Geraldo Sartori nº411 centro

Fone (48) 3380-7500

São João Batista, 12 de Setembro de 2019

PARECER TÉCNICO

Em referência à análise das amostras do pregão 16/2019, a Comissão de Análise da Secretaria Municipal de Saúde apresenta o seguinte parecer sobre os materiais médico hospitalares apresentados pelas empresas licitantes. Conforme análise realizada segue abaixo os itens das amostras analisadas, com seu respectivo parecer:

EMPRESA: ANDREA NASCIMENTO ME

- . ITEM 05 - Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)
- . ITEM 07 - Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)
- . ITEM 54 - Amostra aprovada
- . ITEM 168 - Amostra apresentada com graduação de 2 em duas unidades, quando o descritivo solicita de 1 em 1 unidade, (reprovada).

EMPRESA: PRODUVALE PROD. HOSP. LTDA

- . ITEM 06 - Amostra aprovada
- . ITEM 08 - Amostra aprovada
- . ITEM 70 - Câmara de gotejamento não possui 09 ml de capacidade, não apresenta entrada de ar filtrada, (reprovada).

. ITEM 71 – Câmera de gotejamento não possui 09 ml de capacidade, não apresenta entrada de ar filtrada, (reprovada).

. ITEM 76 – Amostra apresentada em contato com a pele não mantém boa fixação, (reprovada).

. ITEM 77 – Amostra apresentada em contato com a pele não mantém boa fixação, (reprovada)

. ITEM 165 – Amostra aprovada

. ITEM 166 – Amostra aprovada

. ITEM 167 – Amostra Aprovada

. ITEM 163 – Amostra Aprovada

EMPRESA: SOMA/ SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

. ITEM 10 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

. ITEM 55 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

EMPRESA: A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

. ITEM 09 – Amostra aprovada

EMPRESA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA

. ITEM 17 – Amostra enviada contendo 13 fios quando o solicitado é de 18 fios, (reprovada).

. ITEM 18 – Amostra enviada contendo 13 fios quando o solicitado é de 18 fios, (reprovada).

. ITEM 19 – Amostra enviada contendo 13 fios quando a solicitada é de 18 fios, (reprovada).

. ITEM 20 – Amostra enviada contendo 13 fios quando o solicitado é de 18 fios, (reprovada).

. ITEM 21 – Amostra enviada contendo 13 fios quando o solicitado é de 18 fios, (reprovado).

. ITEM 22 – Amostra enviada contendo 13 fios quando o solicitado é de 18 fios, (reprovada).

. ITEM 159 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

. ITEM 160 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

. ITEM 162 – Amostra aprovada

. ITEM 163 – Amostra aprovada

EMPRESA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITARES LTDA

. ITEM 56 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

. ITEM 61 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)

EMPRESA: OLIMED MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

. ITEM 67 – Ausência de clamp corta fluxo, conforme solicitado no edital (reprovada).

. ITEM 68 – Amostra apresenta câmara de gotejamento inferior a 09 ml e não apresenta dispositivo que encurta o tubo caso necessário, (reprovada).


. ITEM 164 – Amostra aprovada

EMPRESA: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA


. ITEM 69 – Não enviou amostra dentro do prazo estipulado (reprovada)


ITEM 57 – NÃO FOI COTADO

MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE


Karin Cristine Geller Leopoldo
Secretária Municipal de Saúde


Karin Cristine Geller Leopoldo
Secretária de Saúde
São João Batista - SC

SECR. MUN. DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA

Sandra Dandolini
DIRETORA
Diretora de Saúde

SECR. MUN. DE SAUDE DE SÃO JOÃO BATISTA

SANDRA DANDOLINI
DIRETORA



Léia Martini
Chefe de Almoxarifado

Delegada R. Cardoso

C.R.E.N. 102234

Deleané Regina Cardoso
Enfermeira