

Relatório de Pedidos de Impugnação do Processo

Processo

Número: 016/FMS/2020	Número do Processo Interno: 024/FMS/2020
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico	Abertura: 29/07/2020 - 08:30
Orgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: São João Batista / SC

Registrado em	Pedido	Respondido Em	Situação
20/07/2020 - 17:02	Especificidade e Sensibilidade dos testes precisam estar acima de 96%.	-	Aguardando Julgamento
<p>Ao analisarmos os indicadores de desempenho em testes imunocromatográficos de fluxo lateral com 3 linhas, os resultados de desempenho precisam ser os COMBINADOS. Sugerimos Sensibilidade mínima 96%, Especificidade mínima 96%, Precisão 97%. Sugerimos também a indicação de registro ANVISA para este teste.</p>			