



SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de São João Batista

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GILSON GERALDO SARTOTI, 411

C.G.C 08.361.788/0001-73 - Fone (48) 3265.0668 – FAX: 3265.3838

E-mail dirdsaude@sjbatista.sc.gov.br

São João Batista, 31 de julho de 2020.

Resposta ao Despacho, referente ao processo licitatório 019/FMS/2020-Pregão Eletrônico 012/2020

Em resposta ao despacho referido e em análise do material a nós enviado, concluímos que as especificações dos itens 2 e 3, propostos pela empresa Betaniamed não atendem ao edital, não atendendo também a demanda da secretaria de saúde.

No item 2 o equipamento descrito no edital deve apresentar rotação de até 420.000 rpm, diferente do que é apresentado pela empresa (380.000rpm), além do equipamento no prospecto não apresentar ranhuras de superfície como descreve o edital.

No item 3 o equipamento descrito no edital deve conter reservatórios separados para água e líquido irrigante; a frequência de vibração descrita é de 32.000hz e o compartimento de bicarbonato de sódio deve ser aquecido. O prospecto enviado pela empresa sobre o equipamento (item 3) não descreve estes componentes requeridos no edital, portando desqualifica o referido item.

Att

Departamento de compras/SMS