

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 1/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	5,000	UN	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO: RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS PERIAPICAL, DISPARADOR A DISTANCOA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO DE 5M. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO E, CASO DE SUB E SOBRETENSÃO. BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PROPORCIONA MOVIMENTOS SUAVES E FACILIDADE DE POSICIONAMENTO; PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY E SISTEMA DE COMANDO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPO CENTESIMAL, QUE PERMITE A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA USO EM PELÍCULA E SENSOR DIGITAL. TEMPO DE EXPOSIÇÃO RIGIDAMENTE CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MMQUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRAFICO PRINCIPAL; TER ATESTADOS POR UM FÍSICO CREDENCIADO, O LAUDO TÉCNICO ACOMPANHA O PRODUTO, DE ACORDO COM O MINISTPERIO DA SAÚDE, PORTARIA SUS 453,01.06.98. PRONTO PARA O SISTEMA DIGITAL, ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTO 3600 , MODELO: DE PÉ CHÃO, BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA: 80127670002. O APARELHO É ENVIADO PRONTO PARA FUNCIONAR EM 220V. SE NECESSÁRIO, A CONVERSÃO PARA 127V DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO. MODELO: 70KV, TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 0,07 A 3 SEG. INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUVO 8 MA; FOCO:0.8X0.8MM. FUSÍVEIS DE VIDRO, POTENCIA DE ENTRADA: 1123VA+/- 20%. 2 ANOS DE GARANTIA. COTAR INSTALADO (1132430)		7.888,6100	39.443,0500
2	10,000	UN	ASPIRADOR CIRRURGICO DE SANGUE E SALIVA/ BOMBA VÁCUO ASPIRADORA, CAPACIDADE DE 1 LITRO. LEVE, FACIL, PORTATIL E DE FACIL MANUSEIO, PODE SER USADO EM CLINICAS, CONSULTORIOS E HOME CARE. FUNCIONAMENTO ATRAVES DE SISTEMA PISTAO, ISENTO DE OLEO, SUPER SILENCIOSO, VAZÃO DE AR LIVRE 15L/MIN, FREQUENCIA 60HZ, BIVOLT- 127/220VOLT, COM PRATICA ALÇA PARA TRANSPORTE, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE ASPIRÇÃO DE ATÉ 1LT E VALVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO, ACOMPANHA UMA MANGUEIRA		2.497,2300	24.972,3000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 2/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			EM SILICONE COM 2METROS DE COMPRIMENTO (1132398)			
3	5,000	UN	AVENTAL DE RAI0 X ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE, INDICADO PARA RETER A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. (1132436)	_____	537,1100	2.685,5500
4	1,000	UN	AVENTAL DE RAI0 X ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE, INDICADO PARA RETER A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. (1132437)	_____	405,0700	405,0700
5	10,000	UN	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO, CAPACIDADE DE PASAGEM DE ATE 200 KG, A MAIOR DA CATEGORIA COM A MENOR DIVISAO, PROPORCIONANDO MAIOR AMPLITUDE DE PESAGEM COM MUITO MAIS PRECISAO. DISPLAY LCD GIGANTE COM 26MM DE ALTURA, PROPORCIONANDO EXCELENTE VISIBILIDADE DO PESO COM LEITURA RAPIDAS E SEM ERROS. FUNÇÃO DE ZERAGEM AUTOMATICA ENTRE AS PESAGENS, DISPENSANDO ACIONAMENTOS MANUAIS E AGILIZADOS AS OPERAÇÕES. PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REVESTE A SUPERFICIE SUPERIOR DA PLATAFORMA DE PESAGEM, OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO OFERECEM MAIOR ADERENCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PASAGENS. GANCHOS PARA BOLSAS, OFERECENDO CONFORTO E COMODIDADE AO USUARIO. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CAPACIDADE: 200KG X 50G, DISPLAY: LCD - CRISTAL LIQUIDO DE 6 DIGITOS COM 12MM DE LARGURA E 26MM DE ALTURA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 10 GRAUS A 40 GRAUS, UMIDADE RELATIVA: 10% A 95%, SEM CONDESAÇÃO, ADAPTAR AC: FONTE ADAPTADORA COM ESTRADA SELECIONAVEL EM 110 VCA OU 220 VCA, 50/60HZ, CONSUMO: 4,8 W. ACABAMENTO: ESMALTE POLIUTERANO PRATA METÁLICA. DIMENSÕES: 400MM (L) X 1000mm (A) X 610MM (P). PLATAFORMA: 400MM (L) X 74MM (A) X 100MM (P). PESO EMBARQUE: 30KG. APROVAÇÃO: PORTARIA CGCRE/CGCRE/ INMETRO 236/94 - CLASSE DE EXATIDÃO III. (1132399)	_____	1.186,9000	11.869,0000
6	10,000	UN	BALANÇA ELETRONICA INFANTIL DISPLAY LCD (CRISTAL LIQUIDO), CONCHA POLIPROPILENO ANATOMICA, CABINETE PLASTICO ABS COR BRANCA, TECLADO TIPO MEMBRANA DE FACIL DIGITAÇÃO. SONORIZAÇÃO DE TECLAS DURANTE DIGITAÇÃO, PÉS BORRACHA SINTETICA, DIMENÇÕES GABINETE 30L X 28P X 9,5A, CONCHA ANATOMICA COM 55P X 8,5CM PESO	_____	901,7800	9.017,8000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 3/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			BALANÇA 4KG+1KG CONSUMO 0,2W OU 12W. (1132400)			
7	4,000	UN	BIOMBO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICO DO TIPO BARREIRA MECÂNICA (MÍNIMO 2MM DE AÇO OU 1MM DE CHUMBO) INDICADO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. SEM VISOR. ARMAÇÃO EM AÇO. ACABAMENTO EM POLIKROY. VALIDADE: INDETERMINADA. REGISTRO ANVISA: 10376790003. GARANTIA DE FABRICAÇÃO: 3 MESES. 180 X 80CM X 1MM. MÍNIMO 2MM DE AÇO OU 1MM DE CHUMBO (1132439)	_____	1.416,0300	5.664,1200
8	10,000	UNID	BIOMBO TRIPLO COM ELASTICO (1132401)	_____	465,0200	4.650,2000
9	5,000	UN	BOMBA A VÁCUO COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, IDEAL PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS. CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETRÓSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. MOTOR COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES. CAPACIDADE 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS CADA). CAPACIDADE DE 50 LITROS.COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETRÓSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. COM 2, 0 HP E DOIS CABEÇOTES. MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO. POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO INTERNO. REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO).MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL. VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENOÍDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR	_____	358,2000	1.791,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 4/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			TRABALHE COM MENOS ESFORÇO. LARGURA: 36CM ALTURA: 68,5CM COMPRIMENTO: 57CM PESO LÍQUIDO: 39,5 KG; PESO BRUTO: 50 KG ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V - MONOFÁSICO FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA): 320 L/MIN. (11,4 PC/MIN.) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPA) POTÊNCIA (MOTOR): 2,0 CV (1450W) FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 1,45 KW/HORA (1132442)			
10	5,000	UN	CADEIRA DE BANHO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI, RODIZIOS, ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL PARA FACILITAR A HIGIENE. ENCOSTO EM COURVIN. APOIO DE PÉS ESCAMOTEAVEIS. OPIO DE BRAÇOS FIXOS. (1132402)	_____	317,2900	1.586,4500
11	20,000	UN	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON, ENCOSTO COM TUBO DE 7/8 DOBRAVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS, ARO IMPULSADOR BILATERAL EM NYLON INJETAVEL COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS COM SUPORTE DE NYLON E INJETADO, APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO COM PEDAL EM NYLON INJETADO REBATIVEL LATERALMENTE, RODAS DIANTEIRAS ARO "6" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO "24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM OITO RAIAS, COM PNEU MACIÇO, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK) COM CALOTA PROTETORA, GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPOXI. (1132403)	_____	729,3800	14.587,6000
12	2,000	UN	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, BASE EM FERRO FUNDIDO, EM CHAPA ÚNICA MACIÇA, SEM FIXAÇÃO AO PISO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO, REVESTIDA EM POLIESTIRENO; ARTICULAÇÃO CENTRAL ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO, COM EIXO EM AÇO CARBONO E MANCAL EM BRONZE OU FERRO FUNDIDO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADOS, COM ESPUMA CONFORTÁVEL AO PACIENTE E REVESTIMENTO EM PVC NA COR A SER DETERMINADA, SEM COSTURAS LATERAIS, MOVIMENTOS: SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO E ASSENTO COMANDADOS OR PEDAL , SISTEMA DE ROSCA SEM FIM, CAIXA DE COMANDO ACOPLADA À BASE DA CADEIRA E COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS, AO MENOS UMA POSIÇÕES DE TRABALHO AUTOMÁTICAS PROGRAMÁVEIS PELO DENTISTA, VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃOZERO, MOTOR DE NO	_____	15.022,8400	30.045,6800

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 5/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			MÍNIMO % DE HP; ENCOSTO PARA A CABEÇA MULTIARTICULADO, PERMITINDO ATENDIMENTO A CADEIRANTES, PINTURA LISA EM EPÓXI. EQUIPO ODONTOLÓGICO; BRAÇO COM TRAVA PNEUMÁTICA E COM MANGUEIRAS POR CIMA, COM NEGATOSCÓPIO; COM BRAÇO ASSISTENTE; COM UMA(OI) SERINGA TRÍPLICE, 02(DOLS) TERMINAIS BORDEN PARA ALTA ROTAÇÃO, 01 (UM) TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO; SISTEMA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO REFLUXO DO ALTA-ROTAÇÃO E MICROMOTOR COM SPRAY, ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO E INDIVIDUAL PARA CADA PONTA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE, DESPRESSURIZADOR AUTOMÁTICO SEM VÁLVULA, PEDAL DE COMANDO FIXO E MULTIFUNCIONAL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS QUANDO ESTES SE ENCONTRAM FORA DO SUPORTE DETERMINAIS; PINTURA LISA EM EPÓXI. 01 (UM) REFLETOR ODONTOLÓGICO - ACOPLADO A CADEIRA E/OU UNIDADE AUXILIAR/SUCTORA; BRAÇO MULTIARTICULADO, DOTADO DE LÂMPADA COM LUZ BRANCA E FRIA, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COM SENSOR DE PROXIMIDADE, CONTROLE DE ACIONAMENTO NO PEDAL DE COMANDO OU NA BASE DA CADEIRA; DESLIGAMENTO DO REFLETOR AUTOMÁTICO, SIMULTÂNEO COM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO OU VOLTA ZERO; PUXADORES (PEGA MÃOS) DUPLOS INCORPORADOS AO CABEÇOTE. PINTURA LISA EM EPÓXI.UN AUXILIAR - ACOPLADA À CADEIRA, SENDO ESSA COM UMA CUSPIDEIRA TIPO BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA, REMOVÍVEL, COM ÁGUA CORRENTE E REGISTRO; COM SUPORTE PARA 03 TERMINAIS, CONTENDO 01 SERINGA COM 03 FUNÇÕES (AR, ÁGUA E SPRAY) E 02 MANGUEIRAS DE SUCÇÃO, COM SEPARADOR DE DETRITOS, OS 02 (DOIS) SUCTORES COM SISTEMA DE VÁLVULA INDIVIDUAL E ACIONAMENTO E FECHAMENTO PNEUMÁTICO AUTOMÁTICO.COTADO INSTALADO (1132428)			
13	5,000	UN	CAMARA DE REVELAÇÃO RADIOLÓGICA (ESCURA): TAMPA E BASES REMOVÍVEIS; AMPLO VISOR DE ACRÍLICO VERMELHOR TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃOULTRAVIOLETA; COPS DE FÁCIL REPOSIÇÃO E QUE PERMITEM ECONOMIA DE QUÍMICOS; AROS QUE FACILITAM A RETIRADA DAS LUVAS PARA LIMPEZA; LEVE, PORTÁTIL, ERGONÔMICA E EM MATERIAL BICOLOR RESISTENTE DE AL (BRANCA EXTERNO E PRETO INTERNO) TA DURABILIDADE E SEM RISCO DE OXIDAÇÃO; PARTES E PEÇAS DE FÁCIL REPOSIÇÃO; 4 COPOS DE 200ML (1132433)		171,9300	859,6500
14	10,000	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. EMBALAGEM COM 1		787,3300	7.873,3000

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 6/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			TURBINA EXTRATORQUE 505C; SISTEMA PRESS BUTTON; 13W DE POTÊNCIA;. ROTORES BALANCEADOS: PROMOVEM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, MENOS ESTRESSE PARA O PROFISSIONAL E PACIENTE. BIOSSEGURANÇA: ESTERILIZÁVEL ATÉ 135°C. DURABILIDADE GARANTIDA POR ATÉ 1.000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. A SUPERFÍCIE LISA FACILITA A ASSEPSIA DOS INSTRUMENTOS. SPRAY TRIPLO. ROLAMENTO DE CERÂMICA. ACOPLAMENTO BORDEN. SISTEMA DE TROCA BROCA: PRESS-BUTTON (PB). BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. TORQUE: 0,13 NCM. ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 RPM. GARANTIA: 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA (1132427)			
15	3,000	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLINICO E LABORATORIAL, POSSUI DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E É ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. DOTADO DE MANOMETRO PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO, MANOMETRO PARA PRESSÃO DE SAÍDA, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAIDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA, REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO, CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA QUE ENTRA EM FUNCIONAMENTO PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO, CASO HAJA FALHA DO PRESSOSTATO E PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO. MODELOS COM RESERVATÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO COMPRESSOR. ISENTO DE ÓLEO. CABEÇOTE DUPLO COM 2 MOTORES E 2 PISTÕES CADA, CADA COM 1,2HP/1660W (127V) E 1,14HP/2200W (220V). PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO. FILTRO DE SAÍDA DE AR. ADEQUADO PARA 2 CONSULTÓRIOS. PINTURA INTERNA DO RESERVATÓRIO ANTIOXIDANTE. CAPACIDADE DO TANQUE DE 65 LITROS. FLUXO DE AR: 424L/MIN. NÍVEL DE RUÍDO: 71DB. GARANTIA DE 1 ANO. (1132434)		2.765,3500	8.296,0500
16	5,000	UN	CUBA ULTRASSONICA CUBA ULTRASSONICA CAPACIDADE ÚTIL DE 2 A 3L. VOLTAGEM:220V. FREQUENCIA 50/60 HZ. FREQUENCIA ULTRASSONICA 42 HZ. GARANTIA DE 1 ANO. (1132441)		852,6300	4.263,1500
17	50,000	UN	DETECTOR FETAL PORTATIL PROFISSIONAL DF		532,3600	26.618,0000

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 7/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>7001 DIGITAL- SONAR MODELO PORTATIL DIGITAL, DESENVOLVIDO COM O QUE EXISTE DE MAIS ATUAL NO MERCADO, PLACA ELETRONICA COM COMPONENTES SMD. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDIACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. ESSE METODO DIAGNOSTICO PERMITE UM MEIO SIMPLES DE ESTABELECEER POSITIVA E IMEDIATAMENTE A VIABILIDADE FETAL EM GRAVIDEZ PREMATURA E PODE FACILMENTE SER USADO PARA VERIFICAR SE EXISTE VIDA FETAL DURANTE A AMEAÇA DE ABORTO. É AINDA POSSIVEL DETECTAR GRAVIDEZ MULTIPLA, A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA. POSTERIORMENTE, POR VOLTA DA 24ª A 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AJUDA SUA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNOSTICO DE PLACENTA PREVIA. O FLUXO DO CORDAO UMBILICAL, TAMBEM PODE SER OUVIDO NESSE ESTAGIO. É AFERIDO PARA UMA EXELENTE SENSIBILIDADE E UM MENOR NIVEL DE RUIDOS, OBTENDO ASSIM OTIMOS RESULTADOS NA OBSTETRICIA. POSSUI 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: o MODO 1: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL APÓS A DETECÇÃO DO QUINTO BATIMENTO. o MODO 2: CALCULA E MOSTRA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DEZ BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. o MODO 3: PERMITE ATRAVÉS DA INTERFACE, INICIAR E PARAR MANUALMENTE A DETECÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS A SUA TROCA. REGISTRO ANVISA ESPECIFICAÇÕES DISPLAY LCD FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10% ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA OU BATERIA RECARREGÁVEL DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM² POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE BATIMENTO</p>			

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 8/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA. DIMENSÕES (L.P. A) 131 X 117 X 33 MM PESO LÍQUIDO: 320GR. POSSUI QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO: MODO UM: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. MODO DOIS: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO TRÊS: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. MODO QUATRO: ILUMINAÇÃO DO DISPLAY. TRANSDUTOR DESCONNECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS SUA SUBSTITUIÇÃO. GARANTIA: 2 ANOS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: DF 7001 D GEL ULTRASSÔNICO 50G FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR MANUAL DE INSTRUÇÕES *MANUAL DE INSTRUÇÃO VEM NO CD* ALÇA PARA TRANSPORTE BOLSA PARA ARMAZENAMENTO BATERIA DE ALCALINA (NÃO RECARREGÁVEL) (1132404)</p>			
18	10,000	UN	ELEKTROKAUTERIO KONTROLE POTENCIA		4.283,2600	42.832,6000
			<p>ACESSÓRIOS: 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO 1 CANETA PADRAO NÃO AUTOCLAVEL (BXA CIRRURGIA) 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150X100X0,5) 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA (BXA CIRURGIA) 1 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA (67MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA 2, 1MM 1 ELTRODO TIPO BOLA 4,2MM 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 5MM 1 ELETRODO TIPO AGULHA 85MM 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO 66MM 1 MANUAL DO USUARIO 1 CERTIFICADO DE GARANTIA (1132405)</p>			
19	25,000	UN	ESCADINHA PARA CONSULTORIO COM 2 DEGRAUS		110,7700	2.769,2500
			(1132406)			
20	200,000	UN	ESFIGMAMOMETRO ADULTO COM ESTETOSCÓPIO,		361,8800	72.376,0000
			<p>BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, ANTIALÉRGICO, COM VELCRO. MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM 2 SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE. MANOMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 À 300MMHG. PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VALVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. (1132409)</p>			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 9/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
21	50,000	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO E METAL ESCOVADO (MULTI-FREQUENCIA) . OLIVAS ULTRA-ADSOFT COM CONFORTO E VEDAÇÃO ACUSTICA. HASTES AJUSTAVEIS EM METAL ESCOVAVEL. COM REFORÇO INTERNO. ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO A 15°; ANEL NÃO FRIO. LIVRE DE LATEX GARANTIA DE 2 ANOS. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA. (1132407)	_____	155,9000	7.795,0000
22	15,000	UN	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO C/AUSCULADOR DUPLO EM METAL. CABEÇA DUPLA, MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA EM METAL, OLIVAS DE SILICONE, CONFORTO E VEDAÇÃO ACUSTICA. HASTES BINAURALS LEVES, AJUSTADAS A 15°; FABRICADAS COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUANTIDADE; ANEL NÃO FRIO. LIVRE DE LATEX. 2 ANOS DE GARANTIA. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132408)	_____	605,3600	9.080,4000
23	30,000	UN	FLUXOMETRO - VALVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE ÓXIGENIO. ESCALA DE PRESSÃO DO MANOMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM2); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0, 3KGF/CM2; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT (1132411)	_____	275,6400	8.269,2000
24	10,000	UNID	FOCO CLINICO GINECOLOGICO LAMPADA DE LED COM REGULAGEM DE ALTURA E RODINHAS PARA FACILITAR MOVIMENTAÇÃO (1132410)	_____	724,4800	7.244,8000
25	5,000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COM LED, REGULAGEM DE TEMPO 10S, 20S E 60S. SEM FIO; SUPERFÍCIE LISA; RADIOMETRO INSCLUSO, MODO RAMP: DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS A POTENCIA DA LUZ EMITIDA AUMENTA GRADUALMENTE. INTERVALO DO PICO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 440NM-480NM; INTERVALO DO PICO DE COMPRIMENTO DE ONDA: 460NM; RAMP PARA INTENSIDADE TOTA: 5 SEGUNDOS; INTENSIDADE DA LUZ (POTENCIA) 1200MW/CM2 (PICO). TEMPO DE USO CONTINUO: 65 SEGUNDOS; TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 3 HORAS E 20 SEGUNDOS. VOLTAGEM DE ENTRADA: 90-264V - 50/60 HZ, VOLTAGEM DE SAIDA: 12V DC. 2 ANOS DE GARANTIA. (1132429)	_____	552,3300	2.761,6500
26	10,000	KIT	KIT PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO COM TORNEIRA BICA ALTA INOX TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL ELÉTRICO CINZA EM DUAS OPÇÕES 110V OU 220V. USO INDICADO PARA AMBIENTES ONDE NÃO É PERMITIDO O CONTATO MANUAL COM AS TORNEIRAS, COMO RESTAURANTES, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS,	_____	306,5900	3.065,9000

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 10/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			HOSPITAIS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CENTROS CIRÚRGICOS LABORATÓRIOS. O ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO EVITA O CONTATO DAS MÃOS NAS TORNEIRAS, EVITANDO ASSIM RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA POIS AS VÁLVULAS SÃO ALGUMAS DAS GRANDES TRANSMISSORAS DE VÍRUS E BACTÉRIAS. COM A UTILIZAÇÃO DE UM ACIONADOR DE PEDAL MECÂNICO DE TORNEIRA, AS MÃOS DE QUEM UTILIZA A TORNEIRA ESTÃO LIVRES. PARA ACIONAR, BASTA PRESSIONAR COM O PÉ SOBRE O PEDAL. AO RETIRAR O PÉ, O ACIONAMENTO É INTERROMPIDO. DESSA FORMA, PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 70% DE ÁGUA, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E ECONOMIZANDO NAS CONTAS DE LUZ E DE ÁGUA POIS NÃO HÁ RISCO DE A TORNEIRA SER ESQUECIDA ABERTA. FABRICANTE PROFLUX. FÁCIL INSTALAÇÃO. KIT DE TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL ELÉTRICO CINZA 220V + BICA MÓVEL. USO INDICADO PARA AMBIENTES QUE NÃO É PERMITIDO O CONTATO MANUAL COMO RESTAURANTES, CONSULTÓRIOS, CLINICAS, HOSPITAIS E LABORATÓRIOS. MAIS HIGIENE, POIS EVITA CONTATO MANUAL E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 70% DE ÁGUA FABRICANTE PROFLUX. FÁCIL INSTALAÇÃO. (1132426)			
27	20,000	UN	LARINGOSCOPIO - CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO EM AÇO INOXIDAVEL, CAMPATIVEL COM PILJAS TAMANHO C. LAMPADA DE XENON QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LAMINAS EM AÇO INOXIDAVEL COM TRASSMISSAO DE LUZ POR FIBRA OPTICA. DEVERA ACOMPANHAR QUATRO LAMINAS SENDO MAC 1, MAC 2, MAC 3 E MAC 4. TODAS AS LAMINAS DEVERAO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTCLAVAVEIS. AS LAMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATIVEIS COM LARINGOSCOPIOS DE FIBRA OPTICA PADRAO INTERNACIONAL. (T) DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CUNJUNTO E MANUAL DE INTRUÇÕES EM PORTUGUES. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA. (1132412)		1. 832,3300	36. 646,6000
28	20,000	UN	MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES COM APOIO DA CABEÇA AJUSTAVEL NAS DIMENÇÕES 18X60X80CM (1132413)		855,2100	17. 104,2000
29	10,000	UN	MESA GINECOLOGICA SIMPLES, LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULAVEL E ASSENTO FIXO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, PORTA COXAS ESTOFADO COM ALTURA REGULAVEL E HASTES CROMADAS. ACOMPANHA GAVETA PARA		1. 005,2600	10. 052,6000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 11/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ESCOAMENTO DE LIQUIDOS. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ (EPOXI). COMPRIMENTO 1,85X LARGURA 0,50 X ALTURA 0,84M. DIMENÇÕES FECHADAS: 1,10M COMPRIMENTO X 0,68M LARGURA X 0,90 ALTURA DO ESTOFADO. (1132414)			
30	8,000	UN	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO 500, ENCAIXE BORDEN, SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL E SPRAY INTERNO (1132435)		760,1000	6.080,8000
31	30,000	UN	MINI INCUBADORA BIOLOGICA CRISTOFOLI PARA ATE 4 INDICADORES BIOLOGICOS, 1 ANO DE GARANTIA COM VOLTAGEM AUTOMATICA. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA. (1132415)		251,1800	7.535,4000
32	5,000	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO OFERECE MAIOR ERGONOMIA E CONFORTO AO PROFISSIONAL. AJUDA A GARANTIR O POSICIONAMENTO CORRETO DA COLUNA E O EQUILÍBRIO MUSCULAR, SEM COMPRESSÃO VENOSA. CARACTERÍSTICAS: - FÁCIL REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, QUE PERMITE AJUSTE ANATÔMICO. - ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA, REVESTIDA EM LAMINADO DE PVC, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E RIGIDEZ. SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSEPSIA.- SISTEMA A GÁS DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO COM ALAVANCA INDEPENDENTE. - BASE GIRATÓRIA, COM CINCO RODÍZIOS RESISTENTES, QUE SUPORTA ATÉ 250 KG. - PÉS CROMADOS E RODÍZIOS DE SILICONE - RODÍZIOS DE SILICONE QUE PREVINEM O DESGASTE NO CHÃO DO CONSULTÓRIO (1132440)		342,3300	1.711,6500
33	10,000	UN	NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO O SISTEMA ULTRASSÔNICO GERA UMA NEVOA FINÍSSIMA COM PARTICULAS QUE PENETRAM MAIS PROFUNDAMENTE NOS PULMÕES, AUMENTANDO A EFICACIA DO TRATAMENTO COM BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO (PRATICAMENTE ZERO), E O CONTROLE DE INTENSIDADE DE NEVOA, TORNAM O TRATAMENTO MAIS AGRADÁVEL E ADAPTÁVEL A DIFERENTES IDADES, 3 ANOS DE GARANTIA, ACOMPANHA MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. PERMITE NEBULIZAÇÃO COM A PESSOA QUALQUER POSIÇÃO, 3 NÍVEIS DE AJUSTE, INTENSIADA DE NEVOA, BIVOLT AUTOMÁTICO. (1132417)		269,6900	2.696,9000
34	8,000	UN	NEGASTOSCOPIO 01 CORPO (1132416)		457,1800	3.657,4400
35	30,000	UN	OTOSCOPIO CONVENCIONAL COM REGULAGEM DE LUZ 2.5V REOCOSTATO LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ; ILUMINAÇÃO COM LAMPADA 2,5V COM PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ; CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA; LENTE DE REMOVIVEL TIPO		860,1700	25.805,1000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 12/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			LUPA COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO RECARTEILHADO COM ACABAMENTO FOSCO ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS); ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL; PODEM SER USADOS EM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL; ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134GRAU C; TAMANHO DE ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM - 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM; ACESSÓRIOS: 1 CABO 2,5V PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS) - NÃO INCLUSAS; 1 LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V; 5 ESPÉCULOS PERMANENTES DE CALIBRES DIFERENTES (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 E 9,0MM; 1 ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132418)			
36	50,000	UN	ÓXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL ATENDE PACIENTES ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL; VISOR LED COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; TELA ROTATIVA COM APRESENTAÇÕES DIFERENTES DOS PARAMETROS AFERIDOS; INDICADOR DA SpO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELA DE TENDENCIAS; ALERMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; MEMORIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR; SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS; CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFICIE PLANAS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO E ATRAVES DE BATERIAS RECARREGÁVEIS; DELISGAMENTO AUTOMATICO APÓS 8 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO; CONFIGURAÇÕES DE ALARMES E BIP DE FREQUENCIA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA (EM MEDIA 20HRS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO); O OXIMETRO USA 4 PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS NI-MH; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 OXIMETRO DE PULSO; 1 SENSOR DE DEDO; 1 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE PARA MESA; 1 CARREGADOR; 4 PILHAS ALCALINAS AA; 1 CORDÃO DE PESCOÇO; 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES; CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE - CERTIFICAÇÃO CE; ISO9001/ISO13485; CERTIFICADO ABNT NBR LEC 60601-1-2:2006. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132419)		175,8600	8.793,0000
37	9,000	UN	PEÇA DE MÃO RETA PEÇA RETA 500, PODE SER USADA COM O MICRO MOTOR ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR		387,5000	3.487,5000

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 13/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
38	50,000	UN	<p>CONDUÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO 1:1. (1132438)</p> <p>REANIMADOR MANUAL DE SILICONE REUTILIZÁVEL (AMBÚ) O KIT PADRÃO INCLUI REANIMADOR REUTILIZÁVEIS, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. TODOS OS MATERIAIS SÃO LIVRES DE LÁTEX E OS SACOS DE MÁSCARA, OU CONECTOR BOLSA RESERVATÓRIO SÃO FEITAS DE POLÍMERO MAIS ESTÁVEL - SILICONE OU POLISULFONA, QUE OFERECEM CONFIABILIDADE, EXCELENTE VIDA ÚTIL E MELHOR LONGA TERMO RESISTÊNCIA A CONDIÇÕES AMBIENTAIS EXTREMAS.</p> <p>·REANIMADOR MANUAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO; ·É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL, UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PARA PROMOVER VENTILAÇÃO PULMONAR (POR MEIO DA PRESSÃO DA PARTE COMPRESSÍVEL DO DISPOSITIVO) PARA PESSOAS CUJA RESPIRAÇÃO É INADEQUADA. ·PARA ADULTOS E CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 30 KG; ·VOLUME DO BALÃO: 1800 ML; ·VOLUME DE ENTREGA: 1050 ML; ·RESERVATÓRIO: 2700 ML; ·RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ·ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; ·LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; ·TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; ·TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C; ·GARANTIA DE 01 ANO. ·USO PEDIÁTRICO EM CRIANÇAS DE 07 A 30 KG ACIMA DESTES PESOS USAR ADULTO. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132421)</p>		191,4500	9.572,5000
39	50,000	UN	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATÓRIO TAMANHO INFANTIL ** ESTE PRODUTO NAO É EM PVC, É EM SILICONE ** REANIMADOR MANUAL COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO COM 01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE, VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA., VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF), VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR. AUTOCLAVÁVEL - PARA A ESTERILIZAÇÃO OS COMPONENTES PODEM SER COLOCADOS EM ÁGUA FERVENTE DURANTE UM TEMPO DE 05 (CINCO) MINUTOS OU EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C DURANTE 03 (TRÊS)</p>		180,8100	9.040,5000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 08.361.788/0001-73
 RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
 Data do Processo Adm.: 18/01/2021
 Processo de Licitação: 1/2021
 Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 14/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			MINUTOS. TIPOS DE MÁSCARAS (BOJO COM COXIM): ADULTO E INFANTIL ATENÇÃO: REMOVER O CONJUNTO BOLSA RESERVATÓRIO COM EXTENSÃO, POIS AS PEÇAS PODEM SOFRER DANOS SE COLOCADAS EM AUTOCLAVE OU ÁGUA FERVENTE (PEÇAS 10 E 11). ACESSÓRIOS: SACO o RESERVATÓRIO o TUBO DE OXIGÊNIO CONECTOR o PVC MÁSCARA o ALMOFADA VÁLVULA o PEEP: 0-10 CM DE H 2 O / 5-20 CM DE H 2 O o DESVIADOR ANEL: POLICARBONATO / POLISSULFONA o MANÓMETRO CASO o PP. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132422)			
40	10,000	UNID	REGUA ANTROPOMETRICA DE MADEIRA (INFANTIL). (1132420)		85,2000	852,0000
41	3,000	UN	SELADORA C/ GUILHOTINA PARA BANCADA E SUPORTE ROLO, EQUIPAMENTO DURÁVEL E EFICIENTE PARA REALIZAR A SELAGEM DE EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUANTO A POSSUIR UM EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO REFORÇADO. UTILIZADO DE FORMA RÁPIDA PERMITINDO AGILIDADE NO PROCESSO E LONGA VIDA ÚTIL. GABINETE METÁLICO SOBRE A BANCADA DE TRABALHO. ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA; LUZ PILOTO INDICANDO A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM; BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 230V); GARANTIA DE 3 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO BRASIL E PEÇAS SOBRESSALENTES; LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM; PESO 3.250G TEMPERATURA 180 - 195 C° 50/60 HZ FUSÍVEL 5A (1132431)		874,0000	2.622,0000
42	20,000	UN	SELADORA DE PEDAL- 40 CM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SELAR EMBALAGEN DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA, LEVANDO EM MÉDIA APENAS ALGUNS SEGUNDOS PARA REALIZAR A OPERAÇÃO, COM UM RESULTADO IDEAL DE SELAGEM. EQUIPAMENTO DE FÁCIL USO, COM VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHO DA BARRA DE SELAGEM, CONTROLE DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO PRÁTICO COM APENAS 1 BOTÃO. POSSUI UM CONTROLADOR DE TEMPERATURA. ACEITA PRATICAMENTE TODOS OS TIPOS DE PLÁSTICOS SOLDÁVEIS, DESDE EMBALAGENS COMUNS ATÉ MESMO METALIZADAS. DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA (1132423)		950,0000	19.000,0000
43	10,000	UN	SUPORTE DE BRAÇO - BRAÇADEIRA PARA		164,8800	1.648,8000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 08.361.788/0001-73
RUAL GILSON GERALDO SARTORI, Nº 411
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2021 - PE

Processo Administrativo: 1/2021
Data do Processo Adm.: 18/01/2021
Processo de Licitação: 1/2021
Data do Processo: 18/01/2021

Folha: 15/15

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			COLETA APOIO ESTOFADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COFEÇÃO: MODELO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. APOIO DE BRAÇO: EM FORMATO CÔNCAVO, RECEBE ACABAMENTO ESTOFADO EM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE. REGULAGEM DE ALTURA: POSSIBILITA REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO SISTEMA EFICIENTE QUE NÃO DANIFICA A HASTE. BASE: BASE CONFECCIONADA EM ALUMINIO POLIDO, COM DESIGN ARREDONDADO E APOIO TRIPLO (1132424)			
44	20,000	UN	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX (1132425)	_____	212,2300	4.244,6000
45	10,000	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ELÉTRICO COM BOMBA PERISTÁLTICA QUE NÃO NECESSITE DE INSTALAÇÃO DE AR (1132432)	_____	1.778,8900	17.788,9000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	539.163,2600