



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL
Rua Gilson José Sartori, 411.
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 01/2021

São João Batista, 23 de fevereiro de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Primeiro parecer de equipamentos odontológicos e médicos

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PRIMEIRO PARECER
TÉCNICO DAS EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA
DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 001/2021

Temos as informações que:

As amostras enviadas pela licitante Adovandro Luiz Fraporti

Item 8: Biombo Triplo com Elástico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 19: Escadinha para consultório com dois degraus, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 29: Mesa Ginecológica Simples, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 32: Mocho Odontológico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Deleane B. Cardoso
COREN 132234
Enfermeira

Item 43: Suporte de braço, apresentou amostra no prazo estabelecido mas o apoio de braço não é estofado – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Aguamed Comercio de Equipamentos Hospitalares e Odontologicos LTDA

Item 35: Otoscópio convencional, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Ana Maria Pires Belem

Item 44: Suporte de soro em aço inox, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Asclepios Equipamentos Hospitalares Eireli

Item 17: Detector Fetal, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 20: Esfigmanometro Adulto, apresentou amostra no prazo estabelecido mas não apresenta o estetoscópio e a braçadeira não é confeccionada em tecido Brim 100% algodão antialérgico com velcro – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 27: Laringoscópio, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 36: Oxímetro de pulso, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 38: Reanimador manual de silicone adulto, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 39: Reanimador manual de silicone infantil, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Bio Lógica Distribuidora Eireli

Item 13: Camara de Revelação Radiológica, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Deleane R. Cardoso
CPF: 132234
Enfermeira

Item 25: Fotopolimerizador, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 31: Mini Incubadora Biologica, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Brumed Atacadista e Manutenção de Equipamentos Eireli

Item 16: Cuba Ultrassonica, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 30: Micro Motor Odontologico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 33: Nebulizador Ultrassonico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Calu Industria, Exportacao e Importacao de Equipamentos Odontologicos LTDA

Item 37: Peça de Mão Reta, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Delta Shop – Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA

Item 02: Aspirador Cirurgico de Sangue, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 10: Cadeira de Banho Estrutura em Aço Carbono, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 23: Fluxometro, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 40: Regua Antropometrica de Madeira Infantil, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 42: Seladora de Pedal, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante J.Ribeiro Comercio Atacadista Ltda-Epp

Deleza Cardoso
CPF: 132234
E. Almeida

Item 1: Aparelho de rx, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante KCRS Comercio de Equipamentos Eireli Epp

Item 5: Balança Antropometrica, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Maxima Dental Importacao, Expotacao e Comercio de Produtos Odontologicos Eireli-ME

Item 3: Avental de RX Adulto, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 41: Seladora com guilhotina, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 45: Ultrasson Odontologico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante MF de Almeida e Cia Ltda Epp

Item 04: Avental de RX Infantil, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 12: Cadeira Odontologica Completa, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 14: Caneta de Alta Rotação, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 26: Kit Pedal de Acionamento Eletronico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 34: Negatoscopio 01 Corpo, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante MHM do Couto-Comercial ME

Item 06: Balança Eletronica Infantil, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 18: Eletrocalterio, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Deleane R. Cardoso
C. O. 02224
C. E. 02224

As amostras enviadas pela licitante Olimedica Industria e Comercio de Moveis Hospitalares LTDA

Item 24: Foco Clinico Ginecologico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Item 28: Maca de Exame Clinico Simples, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Sanimed Industria e Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Eireli Epp

Item 21: Estetoscopio Adulto, apresentou amostra no prazo estabelecido porém o auscultador não é de metal escovado e as olivas não são ultra-soft com conforto e vedação acustica – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 22: Estetoscopio pediátrico, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Vanderlei Eleoterio (MEI)

Item 11: Cadeira de Rodas, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**



Delegado **Cardoso**
COFEN 132234
Enfermeira

