



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA  
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL  
Rua Gilson José Sartori, 411.  
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 01/2021

São João Batista, 23 de março de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Primeiro parecer de materiais de enfermagem

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PRIMEIRO PARECER  
TÉCNICO DAS EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA  
DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 003/2021

Temos as informações que:

**As amostras enviadas pela licitante ABC Distribuidora de Medicamentos  
LTDA.**

**Item 52:** Equipo tipo macrogotas, apresentou amostra no prazo estabelecido, mas o equipo não tem clamp de segurança, reservatório é pequeno e a mangueira é curta – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**Item 53:** Esfigmomanometro braçadeira para obeso, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**Item 56:** Esparadrapo impermeável, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**As amostras enviadas pela licitante DENTAL HIGIX PROD. MED.  
HOSPITALARES**

*Lúcia  
Martini*



**Item 97:** PINÇA ALLIS CURVA 15 CM, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**As amostras enviadas pela licitante Isamed Materiais Medico Hospitalares Ltda Me**

**Item 109:** SERINGA 03 ML DESCARTÁVEL S/ AGULHA, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**As amostras enviadas pela licitante L.A Dalla Porta Junior**

**Item 65:** FIO NYLON 3-0, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**Item 66:** FIO NYLON 4-0, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**Item 69:** FITA MICROPOROSA 100MM X 10 METROS, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**Item 70:** FITA MICROPOROSA 50MM X 10 METROS - apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**As amostras enviadas pela licitante LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**Item 105:** SAF GEL, apresentou amostra no prazo estabelecido mas o produto não corresponde ao que foi pedido no edital, o edital é soberano e a marca cotada não possui em sua formulação os componentes: **Sorbato de Potássio, Hidantoina e Ácido Bórico**, que além de aumentarem a segurança do controle biológico do produto e do tratamento, também apresenta ação cicatrizante. – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**As amostras enviadas pela licitante MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

**Item 118:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 10, apresentou amostra no prazo estabelecido mas a sonda tem período curto após colocação, má qualidade, látex cobala provoca risco de alergia e infecção, escurece e fica pegajosa – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**Item 119:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 12, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

**Item 120:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 14, apresentou amostra no prazo estabelecido mas a sonda tem período curto após colocação, má qualidade, látex cobala provoca risco de alergia e infecção, escurece e fica pegajosa – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

*Luís  
Mariani*



**Item 121:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 16, apresentou amostra no prazo estabelecido mas a sonda tem período curto após colocação, má qualidade, látex cobala provoca risco de alergia e infecção, escurece e fica pegajosa – **REPROVADA**.  
Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**Item 122:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 18, apresentou amostra no prazo estabelecido mas a sonda tem período curto após colocação, má qualidade, látex cobala provoca risco de alergia e infecção, escurece e fica pegajosa – **REPROVADA**.  
Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**Item 123:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 20, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Leila  
Martini