



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL
Rua Gilson José Sartori, 411.
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 02/2021

São João Batista, 09 de abril de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Segundo parecer de materiais de enfermagem

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO SEGUNDO PARECER
TÉCNICO DAS EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA
DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 003/2021

Temos as informações que:

**As amostras enviadas pela licitante Produvale Produtos Hospitalares
LTDA.**

Item 52: Equipo tipo macrogotas, apresentou amostra no prazo estabelecido, mas o copo do equipo não tem capacidade de 9 ml (tem capacidade no máximo de 7 ml) e não tem pinça clamp - **REPROVADA**. Cancelar o item e realizar a homologação do processo.

**As amostras enviadas pela licitante Fufa-SC Comercio e
Representações LTDA**

Item 105: SAF GEL, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Olined Material Hospitalar LTDA.

Item 109: SERINGA 03 ML DESCARTÁVEL S/ AGULHA, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Leila Martini

As amostras enviadas pela licitante ABC Distribuidora de Medicamentos LTDA.

Item 118: SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 10, apresentou amostra no prazo estabelecido e amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Noeli Vieira Dist. De Soros e Equi. Med.

Item 120: SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 14, apresentou amostra no prazo estabelecido, mas a sonda tem um material de má qualidade, colaba e tempo de durabilidade ruim– **REPROVADA**. Cancelar o item e realizar a homologação do processo.

Item 121: SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 16, apresentou amostra no prazo estabelecido, mas a sonda tem um material de má qualidade, colaba e tempo de durabilidade ruim– **REPROVADA**. Cancelar o item e realizar a homologação do processo.

Item 122: SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 18, apresentou amostra no prazo estabelecido, mas a sonda tem um material de má qualidade, colaba e tempo de durabilidade ruim– **REPROVADA**. Cancelar o item e realizar a homologação do processo.

Noeli Vieira