



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BATISTA
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Rua Gilson José Sartori, 411.
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 01/2021

São João Batista, 23 de agosto de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Primeiro parecer de insumos de enfermagem e odonto

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PRIMEIRO PARECER TÉCNICO DAS
EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 018/FMS/2021

Temos as informações que:

As amostras enviadas pela licitante MEDEFE Produtos Medicos Hospitalares LTDA

Item 9: Atadura de crepom tipo 2 medindo 6 cm, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 10: Atadura de crepom tipo 2 medindo 10 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 17g devia possuir 30g lote 6f0721– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 11: Atadura de crepom tipo 2 medindo 12 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, não apresentou amostra – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 12: Atadura de crepom tipo 2 medindo 15 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 30g devia possuir 45g lote 6f0721– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 27: Compressa de gaze cirúrgica, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 39x45cm e apenas 17,6g por unidade

Deianeide Cardoso
COFEN 32224
Enfermeira

lote 0586– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante La dalla Porta Junior

Item 13: Atadura de crepom tipo 2 medindo 20 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 59g em 2,10m, nesse tamanho devia possuir 70g. abnt solicita 60g em 1,80m. lote 13178 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 30: Equipo 2 vias Polifiz multivias apresentou amostra no prazo estabelecido, produto luer slip, sem luer lock solicitado, lote fy1809012– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 32: Equipo tipo macrogotas, apresentou amostra no prazo estabelecido, não apresentou inmetro, amostra não possui protetor de dedo conforme nr32 e embalado em plástico, lote hgema06210414– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Pro hospital Sul Comercio Material Médico e Odontológico LTDA

Item 36: Esparadrapo impermeável 10 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, esparadrapo confere com o descritivo porem não apresentou aderência suficiente a pele. – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 47: Guardanapos, apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Dental Premium LTDA

Item 51: Ionômero de vidro, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Isamed materiais medico hospitalares LTDA ME

Item 52: Ionometro de vidro restaurador, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 82: Sonda folley 2 vias N14, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Deleane R. Cardoso
COREY 132234
Enfermeira

Item 83: Sonda folley 2 vias N16, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Produvale Produtos Hospitalares LTDA

Item 56: lençol descartável papel, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto de péssima qualidade rasga com muita facilidade lote 0004526 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 84: SONDA FOLEY 2 VIAS N18, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 85: SONDA FOLEY 2 VIAS N22, apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada – **APROVADA**

Deleane Cardoso
CCRP 132234
E. Almeida