



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BATISTA
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Rua Gilson José Sartori, 411.
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 02/2021

São João Batista, 06 de setembro de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Segundo parecer de insumos de Enfermagem e Odonto

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO SEGUNDO PARECER TÉCNICO DAS
EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 018/FMS/2021

Temos as informações que:

As amostras enviadas pela licitante Infinity Medicamentos Eireli EPP

Item 9: Atadura de crepom tipo 2 medindo 6 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 18g e composição 100% algodão. Lote L1927406T2– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 27: Compressa de gaze cirúrgica, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com apenas 14g. Lote CG19274H - **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante La dalla Porta Junior

Item 10: Atadura de crepom tipo 2 medindo 10 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 29g em 225cm, neste tamanho deveria possuir 37.5g. Lote 139006 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Deleane A. Cardoso
COREN 132234
Enfermeira

Item 11: Atadura de crepom tipo 2 medindo 12 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 36g em 236cm, neste tamanho deveria possuir 47.2g. Lote 120312– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Item 12: Atadura de crepom tipo 2 medindo 15 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 47g em 256 cm, neste tamanho deveria possuir 64g. Lote 138608– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

Item 56: lençol descartável papel, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto de péssima qualidade rasga com facilidade lote 0005935– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Produvale Produtos Hospitalares LTDA

Item 13: Atadura de crepom tipo 2 medindo 20 cm, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares

Item 30: Equipo 2 vias Polifiz multivias apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada. Lote KLEMU04200303 – **APROVADA**

As amostras enviadas pela licitante Metromed Comercio de Materiais Medico Hospitalares LTDA

Item 32: Equipo tipo macrogotas, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DECLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

As amostras enviadas pela licitante Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares LTDA

Item 36: Esparadrapo impermeável 10 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, esparadrapo não confere com o descritivo. Lote PSHO2101– **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Deleane R. Cardoso
CONE 132234
Exameira

As amostras enviadas pela licitante Olimed Material Hospitalar LTDA

Item 82: Sonda folley 2 vias N14, apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada. Lote 20201226 – **APROVADA**

Item 83: Sonda folley 2 vias N16, apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada. Lote 20201226 – **APROVADA**

Item 84: Sonda folley 2 vias N18, apresentou amostra no prazo estabelecido, amostra de acordo com a solicitada. Lote 20201226 – **APROVADA**

Deleat...
CC...
L...meira

OPERATÓRIO BIOTEXTIL GLESS

contém: 50 unidades de compressas 45cm x 50cm
2 camadas com cadarço

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011
ITEM Nº 27 QTD: 1 PIS
COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA (CAMPO)
MODELO/MARCA: Campo Operatório - Biotextil
INFINITY MEDICAMENTOS SRELL

100% Algodão
Não estéril

RADIOPACO

NAO RADIOPACO

USO:

As compressas podem ser utilizadas em primeiros socorros, para assepsia e curativo, e em cirurgias para absorção de sangue e secreções líquidas, tanto nas superfícies cruentas como em atividades, onde servem como camada contra eventuais traumas.

INSTRUÇÕES:

A esterilização deste produto poderá ser feita em autoclave, raios gama ou a dardo de etileno.

CONSERVAÇÃO:

Deverá ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com os devidos cuidados da área médica hospitalar. Conservar em local seco, limpo e arejado.



LOTE Nº
DATA FÁC

SAC 62 3337-6404
sac@biotextil.com.br
www.biotextil.com.br

BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. dos Reis, nº 275 - Vila Reis - Carmo do Rio Verde - GO
CNPJ: 07.823.403/0001-50 - ALT. DE FISCAL: nº 001.133-2
Resp. Tec. Soraya O. A. Ferreira CRMMS-1.396
Declarado Isento de Registro pelo ANVISA - 601113220005
INDÚSTRIA BRASILEIRA

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO. • DESCARTAR APÓS O USO. VALIDADE: 5 ANOS

Produzir
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE GOIÁS


Item 27



Stem 10


10cm





Item 11

32 cm



1/2util

ZERO

TARA

35

g

oz

CAPACIDADE:
10000g x 1g/177oz x 0.1g


BALANÇA DIGITAL 10kg


LIG/DES

MODO

TARA

Stem 12
15 cm





1²Util

ZERO

TARA

47.1

g

oz

CAPACIDADE:
10000g x 1g/177oz x 0.1oz



BALANÇA DIGITAL 10kg

LIG/DES

MODO

TARA

Item 56



Item 36

INDICAÇÃO: Somente para fixação de curativos, sondas, drenos, catéteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagem, etc.

PRECAUÇÕES: A validade condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo de luz. Produto não Estéril.

COMPOSIÇÃO: Tecido 100% algodão com tratamento acrílico adesivo à base de Óxido de Zinco, borracha natural e resinas.

⇒ Contém látex natural. ←

Em caso de irritação suspenda o uso.

Lote e Data de Fabricação: Vide Carretel.
Validade: 2 anos após a data de fabricação.