



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
BATISTA  
COORDENÇÃO DE SAÚDE BUCAL

Rua Gilson José Sartori, 411.  
08.361.788/0001-73 Fone: 48-3265 7890

Memorando nº. 03/2021

São João Batista, 21 de setembro de 2021.

Para: Setor de Compras

Assunto: Terceiro parecer de insumos de Enfermagem e Odonto

Senhor(a) Diretor(a),

**RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DO TERCEIRO PARECER TÉCNICO DAS  
EMPRESAS QUE COTARAM MENOR PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Em referência a análise das amostras do pregão eletrônico 018/FMS/2021

Temos as informações que:

**As amostras enviadas pela licitante Metromed Comercio de Materiais  
Medico Hospitalares LTDA**

**Item 12:** Atadura de crepom tipo 2 medindo 15 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 45g em 220cm neste tamanho deveria possuir 55g. Lote 139515 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**Item 13:** Atadura de crepom tipo 2 medindo 20 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com 58g em 227cm, neste tamanho deveria possuir 75,7g. Lote 136612 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise

**As amostras enviadas pela licitante Medpoa Comercio de Material  
Hospitalar LTDA**

Deleane R. Cardoso  
COREN 32234  
Enfermeira

**Item 9:** Atadura de crepom tipo 2 medindo 6 cm, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**As amostras enviadas pela licitante Noeli Vieira Dist. De Soros e Equip. Méd. Eireli**

**Item 36:** Esparadrapo impermeável 10 cm, apresentou amostra no prazo estabelecido, esparadrapo não confere com o descritivo. Lote PSH10901 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**Item 56:** lençol descartável papel, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto de péssima qualidade, rasga com facilidade. Lote 0005301 – **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**As amostras enviadas pela licitante Prohospital Sul Com. Material Médico e Odontológico LTDA**

**Item 27:** Compressa de gaze cirúrgica, apresentou amostra no prazo estabelecido, produto com apenas 27g. Lote 21070645RX - **REPROVADA**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**As amostras enviadas pela licitante Produvale Produtos Hospitalares LTDA**

**Item 10:** Atadura de crepom tipo 2 medindo 10 cm, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**Item 11:** Atadura de crepom tipo 2 medindo 12 cm, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

**Item 32:** Equipo tipo macrogotas, não apresentou amostra no prazo estabelecido – **DESCCLASSIFICADO**. Chamar as empresas subsequentes para apresentar amostra para análise.

Deleane B. Cardoso  
COREN 132234  
Enfermeira

medihouse

FABRICAÇÃO DE CREPOM

Bristol

Contém: 1 Unidade

CONFORME NBR 14056  
Comprimento: 1,80m em Repouso

15 CM PESO: 450g 150  
Lote: 139916  
BRISTOL 198  
2021



Pregão Eletrônico Nº 18/FMS/2021



Amostra do  
Item Nº

12

Metromed C.M.M. Hosp. Ltda

medihouse


FABRICAÇÃO DE CREPOM

Bristol

Contém: 1 Unidade

CONFORME NBR 14056  
Comprimento: 1,80m em Repouso

Item 12



2stil  
ZERO 45 g  
TARA 0Z  
CAPACIDADE:  
10000g x 1g/177oz x 0.1oz

BALANÇA DIGITAL 10kg  
LIGIDES MODO TARA



Item 12





**1<sup>2</sup>3util**

5.8 g  
oz

CAPACIDADE:  
10000g x 1g/177oz x 0.1oz

BALANÇA DIGITAL 10kg

LIG/DES    MODO    TARA

**SAC**  
0800 772 9798

Preço Eletrônico Nº 18/FMS/2021


Amostra de	13
João Batista	
Item No	

Medtronic C.M.M. Hosp. Ltda

**medihour**

**SAC**  
0800 772 9

Item 13




Item 56





Item 27



**1/2 Util**

ZERO

TARA

27 g

oz

CAPACIDADE:  
10000g x 1g/177oz x 0.1oz

BALANÇA DIGITAL 10kg

LIG/DES

MODO

TARA