

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Processo Licitatório - Pregão Presencial 002/FMS/2023**

**Objeto: Registro de Preços para aquisição de diversos insumos de enfermagem**

**RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2023**

Foi recebido as amostras das empresas, MEDMED- itens ataduras 08,09,10 e 11 e NETMED itens (sonda foley)37,38, 39 e 40.

Após analisadas as amostras ficou desclassificada a empresa MEDMED, por as passagens de todas as amostras estão abaixo do peso conforme fotos em anexo, sendo assim não adquirir as ataduras da empresa que ofertou os itens 08,09,10 e 11.

Quanto a empresa NETMED que apresentou as amostras dos itens 37,38 39 e 40, conforme documento em anexo, foi classificada as amostras dos itens 37, 38 e 40. Podendo ser adquirido.

Quanto ao item 39 a empresa NETMED, apresentou uma sonda foley muito inferior, não adere bem a bolsa coletora, o balonete também bem inferior de baixa qualidade, podendo prejudicar o paciente durante o período de uso, pois ele adere a parede da bexiga. Portanto item 39 da empresa NETMED desclassificado.

São João Batista, 03 de abril de 2023.

**Deleane R. Cardoso**

COREN 2234  
E. Enfermeira

---

Deleane Regina Cardoso  
Enfermeira



Não veio registros da MS

Era para ter no mínimo 18g apresentou 16,65g

item 08



Não seiis documento MS  
Máximo 36g apresentou 18,16g

item 09



Não veio documento MS  
Mínimo 45g apresentou 25,35g

item 10



Não veio documento MS  
Mini 60g apresenta 27g

item 11