

Juliano Grime

De: comprasaude@sjbatista.sc.gov.br
Enviado em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 12:28
Para: 'Juliano Grime'
Assunto: RES: DESPACHO - Pregão Eletrônico 014/FMS/2023

Prezado senhor,

Em atendimento e após análise da empresa que cotou o segundo menor preço do item 44, informamos que atende ao solicitado, e poderá ser classificada.

Att

Claudete Cazonatti.
Diretoria de Compras

De: Juliano Grime <licita02@sjbatista.sc.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de agosto de 2023 09:01
Para: comprasaude@sjbatista.sc.gov.br
Assunto: RES: DESPACHO - Pregão Eletrônico 014/FMS/2023

Bom dia,
Segue em anexo proposta apresentada pela empresa classificada em segundo lugar, na mesma contém os dados da empresa.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Juliano Grime
Diretor de Licitações e Contratos
Pref. Municipal de São João Batista
Fone: (48) 3265 0195
www.sjbatista.sc.gov.br

De: comprasaude@sjbatista.sc.gov.br [<mailto:comprasaude@sjbatista.sc.gov.br>]
Enviada em: segunda-feira, 14 de agosto de 2023 14:12
Para: 'Juliano Grime' <licita02@sjbatista.sc.gov.br>
Assunto: RES: DESPACHO - Pregão Eletrônico 014/FMS/2023

Bopa tarde, Juliano,

Preciso do nome da empresa e esta especificação é da empresa de segundo menor preço?
Preciso do nome da empresa e CNPJ.

Att

Claudete Cazonatti

De: Juliano Grime <licita02@sjbatista.sc.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 11 de agosto de 2023 11:15

Para: Compras Saude <comprasaude@sjbatista.sc.gov.br>

Assunto: DESPACHO - Pregão Eletrônico 014/FMS/2023

DESPACHO

Processo Licitatório 017/FMS/2023 - Pregão Eletrônico 014/FMS/2023

Conforme solicitado no edital de Pregão Eletrônico 014/FMS/2023, encaminho o folder/prospectos do item 44 (**0044 / Produto : APARELHO DE ELETRO- MÓDULO DE AQUISIÇÃO ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS (ECG DIGITAL) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS-DERIVAÇÕES: DI A V6- SENSIBILIDADE: AJUSTÁVEL ENTRE N2, N E 2 N=- REGISTRO: DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM FORMATO A4 (210X297MM), ATRAVÉS DE IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, QUALQUER MARCA, PODENDO SER CONFIGURADO PARA IMPRESSORA COLORIDA-FORMATO DO REGISTRO: 12 DERIVAÇÕES EM UMA JANELA, 12 DERIVAÇÕES EM JANELAS INDIVIDUAIS OU SEGMENTOS INDIVIDUAIS DE UMA DERIVAÇÃO- VELOCIDADE: 25 E 50 MM/SEG-FILTROS: DIGITAIS DE TREMOR MUSCULAR, REDE (60 HZ) E PASSA ALTAS- O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER UM MÓDULO DE ELETROCARDIOGRAFIA PARA UTILIZAÇÃO COM UM COMPUTADOR E NÃO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA OU OUTRA- ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS 50/60 CICLOS- O EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAFIA DEVERÁ SER PASSÍVEL DE SER CONECTADO A UM COMPUTADOR PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS DE EXAME PARA O MESMO ATRAVÉ...(Conforme Edital)), para análise técnica.**

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Juliano Grime

Diretor de Licitações e Contratos
Pref. Municipal de São João Batista
Fone: (48) 3265 0195
www.sjbatista.sc.gov.br