

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Pregão Eletrônico 14/2023

AMG COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a Av. Atilio Pedro Pagani, 115, sala 106, Pagani, Palhoça/SC, inscrita no CNPJ 39.833.053/0001-29, vem, respeitosamente, dentro do prazo legal, perante essa Administração Pública, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** conforme as razões de fato e de direito a seguir apresentadas:

DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

No dia 31 de julho de 2023, ocorreu a licitação supra citada, cujo o objetivo é **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

A causa de nossa empresa adentrar com o referido recurso administrativo trata-se em especial ao item 20 que conforme intenção de recurso iremos comprovar que as marcas cotadas pelos concorrentes não atendem as exigências editalícias, como assim segue:

ITEM 20 - ESTETOSCOPIO PEDIATRICO C/AUSCULADOR DUPLO EM METAL. CABEÇA DUPLA, MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA EM METAL, OLIVAS DE SILICONE, CONFORTO E VEDAÇÃO ACUSTICA. HASTES BINAURAIIS LEVES, AJUSTADAS A 15°; FABRICADAS COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUANTIDADE; ANEL NÃO FRIO. LIVRE DE LATEX. 2 ANOS DE GARANTIA - ESTETOSCOPIO PEDIATRICO C/AUSCULADOR DUPLO EM METAL. CABEÇA DUPLA, MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA EM METAL, OLIVAS DE SILICONE, CONFORTO E VEDAÇÃO ACUSTICA. HASTES BINAURAIIS LEVES, AJUSTADAS A 15°; FABRICADAS COM MATERIAIS DE EXCELENTE QUANTIDADE; ANEL NÃO FRIO. LIVRE DE LATEX. 2 ANOS DE GARANTIA.

De acordo com a ordem de classificação (abaixo) elencamos que os mesmos não atendem ao exigido em certame e imprescindível que se exija amostras, pois conforme comprovamos a seguir os licitantes não atendem a íntegra quanto às exigências do descritivo:

Marca Gtech/Premium – Ofertado pelas empresas Londrihosp/Ceron/J Ribeiro – O aparelho não possui olivas de silicone, não possui anel antifrio e não possui os 2 anos de garantia exigidos;

Modelo: Cardiológico



- 1) Membrana de plástico PVC rígido;
- 2) Anel rosqueado de borracha macia de PVC;
- 3) Anel (PVC) isolante de frio em toda borda de contato;
- 4) Mola interna em aço inoxidável;
- 5) Tubo em "Y" de PVC;
- 6) Fone/ Haste biauricular de aço inoxidável;
- 7) Par de olivas macias em plástico de PVC
- 8) Conector rotatório central em liga de alumínio;
- 9) Membrana de plástico PVC rígido (adicional)
- 10) Dois pares de olivas rosqueáveis

GARANTIA:

O Estetoscópio Duplo Premium tem garantia de 1(um) ano a contar da data de entrega efetiva do produto. A garantia somente será válida mediante apresentação da nota fiscal, com data de compra, nome, referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de 1 (um) ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de noventa dias, também contados à partir da data de compra. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia, não existindo componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto por atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o produto defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica.

Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todos os serviços de manutenção oriundos das partes sensíveis ao desgaste de uso normal serão cobrados em separado.

Marca Missouri – Ofertado pela empresa Suprimedice – Não possui olivas silicone, não possui os 2 anos de garantia exigidos, não possui anel antifrio;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	Preto (Tubo Y)
Marca:	Missouri
Material:	Auscultador em Alumínio Anodizado Membrana em PVC Tubo Y e Olivas em PVC

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI, assegura ao proprietário do produto **garantia contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 01 ano a contar da data da Nota Fiscal de compra do cliente.** Estão **cobertas** pela garantia, as peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação ou fadiga anormal de material. A garantia será **perdida** nos casos de: uso indevido ou desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro. Eventuais despesas de transportes entre domicílio e Assistência Técnica e outras que se façam necessárias correrão por conta do cliente.

Accessar o site mikatos.com.br, através do seu computador ou smartphone.




Decodificar o QR Code ao lado:
1. Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
2. Aponte a câmara;
3. Aguarde a decodificação;
4. Aceso a página.

Fabricado e distribuído por:

MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 05.030.501/0001-34 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
ESTRADA DE SÃO JUDAS N° 325 - PARQUE ESPANADA - EMBU DAS ARTES/SP
CEP: 6817-170 - SAC - (11) 4781-8001
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO ANTONIO CARLOS SIMÕES
CONFEA - CREA/SP - N° 060113888-1
REGISTRO DE PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA - 8021893004
VALIDADE: INDETERMINADA

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA

Imagens meramente ilustrativas



Estetoscópio Missouri®

Marca MD – Ofertado pelas empresas Altermed/Metromed/216 Materiais Hospitalares
– Não possui os 2 anos de garantia exigidos em edital.

Garantia:

O Estetoscópio Série Alumínio - MD possui garantia de um (1) ano após a data de entrega do aparelho ao usuário.

A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.

A garantia será perdida caso ocorram: uso indevido ou em desacordo com as instruções do fabricante, utilização de acessórios, partes e peças não autorizadas, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro dano.

Durante o período de garantia serão efetuados todos os reparos e/ou trocas necessários sem nenhum custo adicional ao usuário.



Relacionamos amparados pela Lei 8.666/93:

Art. 41 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Como citado, o descritivo estabeleceu diversas especificações que o produto cotado deve conter, sendo assim, não é permitido que qualquer licitante efetue o fornecimento de um produto que atenda parcialmente ao descritivo, isto é, que seja cotado e fornecido um produto que tenha somente algumas especificações exigidas e não a sua integralidade.

DO PEDIDO:

Por fim e pelos motivos contundentemente expostos diante da discordância das exigências do edital e o ordenamento jurídico, requer:

A desclassificação das empresas/marcas elencadas acima de acordo com explanação e documentos anexos, e se ainda achar por necessário que se exija amostras dos mesmos.

Fazendo assim valer o que se instituiu no ato convocatório com o principal intuito do referido órgão efetuar sua compra corretamente.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

39.833.053/0001-29

AMG Hospitalar Com. de Produtos LTDA

AV. ATÍLIO PEDRO PAGANI, 115 SALA 106
PAGANI - CEP 88.132-902

PALHOÇA/SC

Palhoça/SC, 21 de agosto de 2023.

AMG HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS LTDA
CNPJ 39.833.053/0001-29
MIRIAM CRISTINA ESPÍNDOLA
CPF 464.665.689-20

ANEXOS:

Catálogos – fichas técnicas conforme ordem acima exposto